Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

GRUPA EKOPROJEKT Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiska
ul. Kazimierza Wielkiego 15
43-300 Bielsko-Biała

Metoda GC-FID – wydanie 10 z dnia 03.09.2026 r. do aktualnego zakresu akredytacji AB 409

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza** **Środowisko ogólne** **- próbki powietrza atmosferycznego** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza** **Gazy odlotowe** **Środowisko ogólne** **- próbki gazów odlotowych**	**Stężenie / zawartość substancji organicznych[1,2]**	**Normy [3,5]**
Gazy odlotowe **Środowisko ogólne** **- próbki gazów odlotowych**	**Stężenie / zawartość indywidualnych gazowych związków organicznych[1, 2]**	**PN-EN 13649:2005*** **CEN/TS 13649*[3,5]**
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość dichlorometanu (chlorku metylenu, dwuchlorometanu, dichlorku metylenu) [75-09-2] Zakres: (8,8 – 706) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04437:2011 NIOSH Method 1005, Issue 3
	Stężenie / zawartość tetrachloroetenu (czterochloroetylenu, tetrachloroetylenu, perchloroetylenu, czterochloroetenu) [127-18-4] Zakres: (8,5 – 340) mg/m^3 (1,24 – 49,4) ppm (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1003, Issue 3
	Stężenie / zawartość acetonu (dwumetyloketonu, dimetyloketonu, propanonu, propan-2-onu) [67-64-1] Zakres: (60 – 3600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1300, Issue 2
	Stężenie / zawartość cykloheksanonu [108-94-1] Zakres: (4 – 160) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04447:2014-06 NIOSH Method 1300, Issue 2
	Stężenie / zawartość etanolu (alkoholu etylowego) [64-17-5] Zakres: (190 – 3800) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1400, Issue 2
	Stężenie / zawartość propan-2-olu (alkoholu izopropylowego, izopropanolu) [67-63-0] Zakres: (90 – 2400) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość 2-metylopropan-1-olu (izobutanolu alkoholu izobutylowego, izobutanolu, 2-metylopropanol) [78-83-1] Zakres: (10 – 600) mg/m^3	NIOSH Method 1401, Issue 2

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	(0,005 – 10) mg w próbce	
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość 1-butanolu (alkoholu n-butylowego, alkoholu butylowego, n-butanolu, 1-hydroksybutanu) [71-36-3] Zakres: (0,5 – 300) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1401, Issue 2
	Stężenie / zawartość 1-propanolu (propan-1-olu) [71-23-8] Zakres: (20 – 1200) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość 2-butanolu (butan-2-olu alkoholu sec-butylowego, alkoholu butylowego II-rz., butanolu-2) [78-92-2] Zakres: (30 – 900) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość 2-butoksyetanolu (alkoholu butoksyetylowego, eteru monobutylowego glikolu etylenowego, butyloglikolu, cellosolwu butylowego) [111-76-2] Zakres: (9,8 – 400) mg/m^3 (2,00 – 81,5) ppm (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1403, Issue 3
	Stężenie / zawartość 1-metoksypropan-2-olu [107-98-2] Zakres: (18 – 720) mg/m^3 (4,82 – 192,5) ppm (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość 4-metylopentan-2-onu (metyloizobutyloketonu, ketonu izobutylowo-metylowego, heksonu, 4-metylopentanonu-2) [108-10-1] Zakres: (8,3 – 600) mg/m3 (2,00 – 96,2) ppm (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1405, Issue 1 PN-Z-04372:2009
	Stężenie / zawartość octanu etylu (estru etylowego kwasu octowego, estru octowego) [141-78-6] Zakres: (73,4 – 3000) mg/m^3 (20,1 – 803,1) ppm (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1457, Issue 1
	Stężenie / zawartość octanu n-butylu (octanu butylu, estru n-butylowego kwasu octowego, estru butylowego kwasu octowego) [123-86-4] Zakres: (24 – 2100) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1450, Issue 3
	Stężenie / zawartość octanu 2-butoksyetylu [112-07-2] Zakres: (10 – 600) mg/m3 (0,01 – 10) mg w próbce	PN-Z-04304:2003 NIOSH Method 1450, Issue 3
	Stężenie / zawartość pentanu (n-pentanu) [109-66-0] Zakres: (300 – 6000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04318:2005 NIOSH Method 1500, Issue 3
	Stężenie / zawartość cykloheksanu (sześciometylenu) [110-82-7] Zakres: (30 – 2000) mg/m3 (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1500, Issue 3
	Stężenie / zawartość oktanu (n-oktanu)	

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	[111-65-9] Zakres: (100 – 3600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość heksanu (n-heksanu) [110-54-3] Zakres: (7,2 – 600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1500, Issue 3
	Stężenie / zawartość- heptanu (n-heptanu) [142-82-5] Zakres (120 – 4000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość toluenu (metylobenzenu, fenylometanu) [108-88-3] Zakres: (10 – 600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1501, Issue 3
	Stężenie / zawartość ksylenu (dwumetylobenzenu, dimetylobenzenu, metylotoluenu, ksylolu) - mieszanina izomerów [95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 1330-20-7] Zakres: (10 – 600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość etylobenzenu (fenyloetanu) [100-41-4] Zakres: (20 – 1600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość styrenu (winylobenzenu, fenyloetylenu) [100-42-5] Zakres: (5 – 600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość trimetylobenzenu (mieszanina izomerów) [526-73-8; 95-63-6; 108-67-8; 25551-13-7] Zakres: (10 – 600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość izopropylobenzenu (kumenu, 2-fenylopropanu) [98-82-8] Zakres: (5 – 500) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość benzenu [71-43-2] Zakres: (0,066 – 1,32) mg/m^3 (0,0203-0,1252) ppm (0,002 – 10) mg w próbce	PN-Z-04016-10:2005 NIOSH Method 1501, Issue 3
	Stężenie / zawartość akrylonitrylu [107-13-1] Zakres: (0,1 – 6) mg/m^3 (0,0453 – 2,72) ppm (0,002 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1604, Issue 2 PN-Z-04113-12:2005
	Stężenie / zawartość 2-aminoetanolu (2-hydroksyetyloaminy, etanoloaminy) [141-43-5] Zakres: (0,25 – 15) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 2007, Issue 2
	Stężenie / zawartość butan-2-onu (MEK, metyloetyloketonu, butanonu, ketonu etylowo-metylowego, butanonu-2, metyloacetonu) [78-93-3] Zakres: (45 – 1800) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04449:2014 NIOSH Method 2500, Issue 2

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie / zawartość metanolu (alkoholu metylowego) [67-56-1] Zakres: (10 – 600) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04476:2016-10 NIOSH Method 2000, Issue 3
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość acetaldehydu (aldehydu octowego, etanalu) [75-07-0] Zakres: (4,5 – 90) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 2538, Issue 1
	Stężenie / zawartość formaldehydu [50-00-0] Zakres: (0,037 – 1,5) mg/m^3 (0,0013 – 0,055) mg w próbce	NIOSH Method 2541, Issue 2
	Stężenie / zawartość fenolu (hydroksybenzenu, kwasu karbolowego) [108-95-2] Zakres: (0,78 – 32) mg/m^3 (0,185 – 8,19) ppm (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 2546, Issue 1
	Stężenie / zawartość akrylaldehydu (2-propenalu, akroleiny) [107-02-8] Zakres: (0,005 – 0,2) mg/m^3 (0,002 – 0,086) ppm (0,00005 – 0,02) mg w próbce	OSHA Method 2501, Issue 2
	Stężenie / zawartość epoksyetanu (tlenku etylenu) [75-21-8] Zakres: (0,1 – 2) mg/m^3 (0,055 – 1,094) ppm (0,001 – 0,2) mg w próbce	PN-Z-04300:2002
	Stężenie / zawartość benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (50 – 3000) mg/m^3 (0,1– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1550, Issue 2
	Stężenie / zawartość benzyny do lakierów Zakres: (30 – 1800) mg/m^3 (0,1 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość nafty [8008-20-6] Zakres: (10 – 600) mg/m^3 (0,03 – 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość glikolu etylenowego (etano-1,2-diolu; 1,2-etanodiolu; 1,2-dihydroksyetanu) [107-21-1] Zakres: (1,5 – 100) mg/m^3 (0,02 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 5523, Issue 1
	Stężenie / zawartość 2-(2-butoksyetoksy)etanolu (eteru monobutylowego glikolu dietylenowego) [112-34-5] Zakres: (6,7 – 200) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce	OSHA PV2095
	Stężenie / zawartość (2-Metoksymetyloetoksy)propanoluu – mieszanina izomerów [34590-94-8] Zakres: (24 – 960) mg/m^3 (0,05 – 10) mg w próbce	OSHA Method 101
	Stężenie / zawartość octanu metylu (ester metylowy kwasu octowego) [79-20-9] Zakres: (25 – 1200) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH 1458, Issue 2

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie / zawartość naftalenu (naftalina) [91-20-3] Zakres: (2 – 100) mg/m^3 (0,02– 10) mg w próbce	OSHA Method 35
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość octanu 2-metoksy-1-metyloetylu (octan 1-metoksypropan-2-ylu, octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego, 1-metoksy-2-acetoksypropan) [108-65-6] Zakres: (26 – 1040) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 2554, Issue 1
	Stężenie / zawartość 2-furylometanolu (alkoholu furfurylowego, 2-furylometanol, 2-furylokarbinol, alkohol furylowy, alkohol furfurylowy, 2-furanokarbinol, 2-furanometanol i 2-hydroksymetylofuran) [98-00-0] Zakres: (3 – 120) mg/m^3 (0,1– 10) mg w próbce	NIOSH Method 2505, Issue 2
	Stężenie / zawartość 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu (alkohol diacetonowy) [123-42-2] Zakres: (24 – 1040) mg/m^3 (0,02– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1405, Issue 1
	Stężenie / zawartość 2-etyloheksan-1-olu (alkoholu 2-etyloheksylowego, oktanolu, 2-etylo-1-heksanolu) [104-76-7] Zakres: (0,54 – 21,6) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	PN-Z-04398:2020-12
	Stężenie / zawartość octanu 2-metoksypropylu [70657-70-4] Zakres: (10 – 400) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	OSHA Method 99
	Stężenie / zawartość eteru dietylowego (dwuetylowego eteru) [60-29-7] Zakres: (30 – 1200) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1610, Issue 3
	Stężenie / zawartość tetrahydrofuranu (czterowodorofuranu, 1,4-epoksybutanu, tlenku czterometylenu) [109-99-9] Zakres: (15 – 600) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1609, Issue 2
	Stężenie / zawartość trichloroetenu (trójchloroetylenu, trichloroetylenu) [79-01-6] Zakres: (5,0 – 200) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	OSHA Method 1001
	Stężenie / zawartość butan-2-onu (2-butanonu, MEK) [78-93-3] Zakres: (45 – 1800) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 2500, Issue 2
	Stężenie / zawartość octanu 2-etoksyetylu [111-15-9] Zakres: (1,1 – 4) mg/m^3 (0,016– 10) mg w próbce	NIOSH Method 2500, Issue 2
	Stężenie / zawartość fenylometanolu (alkoholu benzylowego) [100-51-6] Zakres: (24 – 480) mg/m^3	OSHA Method PV2009

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	(0,005– 10) mg w próbce	
	Stężenie / zawartość enfluranu [13838-16-9] Zakres: (3,8– 76) mg/m^3 (0,08– 10) mg w próbce	OSHA Method 103
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Stężenie / zawartość izofluranu [26675-46-7] Zakres: (3,2– 64) mg/m^3 (0,02– 10) mg w próbce	OSHA Method 103
	Stężenie / zawartość chloroformu (trichlorometanu) [67-66-3] Zakres: (0,8– 16) mg/m^3 (0,01– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1003, Issue 3
	Stężenie / zawartość sewofluranu [28523-86-6] Zakres: (5,5– 11) mg/m^3 (0,02– 10) mg w próbce	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2008, nr 1(55), s. 49–55
	Stężenie / zawartość dezfluranu [57041-67-5] Zakres: (12,5-250) mg/m^3 (0,02– 10) mg w próbce	PN-Z-04422:2010
	Stężenie / zawartość izomerów acyklicznych nasyconych, z wyjątkiem heksanu 2,2-dimetylobutan [75-83-2] 2,3-dimetylobutan [79-29-8] 3-metylopentan [96-14-0] 2-metylopentan [107-83-5] Zakres: (40– 2400) mg/m^3 (0,02– 10) mg w próbce	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, zeszyt 17, str. 69-73
	Stężenie / zawartość disiarczku węgla [75-15-0] Zakres: (1,25– 2,5) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1600, Issue 2
	Stężenie / zawartość chloroetenu (chlorku winylu) [75-01-4] Zakres: (0,26– 5,2) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1007, Issue 2
	Stężenie / zawartość Metanotiolu [74-93-1] Zakres: (0,1 - 4) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	PN-Z-04207-04:1992 (W)
	Stężenie / zawartość Etanotiolu [75-08-1] Zakres: (0,1– 4) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	PN-Z-04207-04:1992 (W)
	Stężenie / zawartość Nitrobenzen [98-95-3] Zakres: (0,1– 2) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH METHOD: 2005, Issue 3
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość 2,2’-oksydietanolu [111-46-6] Zakres: (1 – 20) mg/m^3 (0,1– 15) mg w próbce	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 161–171
Środowisko pracy **- powietrze** **- próbki powietrza pobrane do worka z tworzywa sztucznego**	Stężenie / zawartość indywidualnych gazowych związków organicznych Zakres: Propan [74-98-6] (180 -3600) mg/m^3	EPA – Method 18:2019

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	(0,005 – 5) % (mol/mol)	
	Stężenie / zawartość indywidualnych gazowych związków organicznych Zakres: Butan [106-97-8] (190 – 6000) mg/m^3 (0,005 – 5) % (mol/mol)	
Środowisko ogólne **- próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Zawartość tetrachloroetenu (czterochloroetylenu, tetrachloroetylenu, perchloroetylenu, czterochloroetenu) [127-18-4] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1003, Issue 3
	Zawartość dichlorometanu (chlorku metylenu, dwuchlorometanu, dichlorku metylenu) [75-09-2] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04437:2011 NIOSH Method 1005, Issue 3
	Zawartość acetonu (dwumetyloketonu, dimetyloketonu, propanonu, propan-2-onu) [67-64-1] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1300, Issue 2
	Zawartość cykloheksanonu (ketoheksametylenu) [108-94-1] Zakres: (0,005 - 10) mg w próbce	
Środowisko ogólne **- próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Zawartość etanolu (alkoholu etylowego, spirytusu) [64-17-5] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1400, Issue 2
	Zawartość propan-2-olu (alkoholu izopropylowego, izopropanolu, 2-hydroksypropanu) [67-63-0] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość 2-metylopropan-1-olu (izobutanolu alkoholu izobutylowego, izobutanolu, 2-metylopropanol) [78-83-1] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1401, Issue 2
	Zawartość 1-butanolu (alkoholu n-butylowego, alkoholu butylowego, n-butanolu, 1-hydroksybutanu) [71-36-3] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość 1-propanolu (propan-1-olu) [71-23-8] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość 2-butanolu (butan-2-olu alkoholu sec-butylowego, alkoholu butylowego II-rz., butanolu-2) [78-92-2] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość 2-butoksyetanolu (alkoholu butoksyetylowego, eteru monobutylowego glikolu etylenowego, butyloglikolu, cellosolwu butylowego) [111-76-2] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1403, Issue 3
	Zawartość 1-metoksypropan-2-olu [107-98-2] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość 4-metylopentan-2-onu metyloizobutyloketonu, ketonu izobutylowo-metylowego, heksonu, 4-metylopentanonu-2)	NIOSH Method 1405, Issue 1 PN-Z-04372:2009

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	[108-10-1] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość octanu n-butylu (octanu butylu, estru n-butylowego kwasu octowego, estru butylowego kwasu octowego) [123-86-4] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1450, Issue 3
	Zawartość octanu 2-butoksyetylu [112-07-2] Zakres: (0,01 – 10) mg w próbce	PN-Z-04304:2003 NIOSH Method 1450, Issue 3
	Zawartość octanu etylu (estru etylowego, kwasu octowego, esteru octowego) [141-78-6] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1457, Issue 1
	Zawartość cykloheksanu (sześciometylenu) [110-82-7] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1500, Issue 3
	Zawartość oktanu (n-oktanu) [111-65-9] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość heksanu (n-heksanu) [110-54-3] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość- heptanu (n-heptanu) [142-82-5] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	
	Zawartość pentanu (n-pentanu) [109-66-0] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04318:2005 NIOSH Method 1500, Issue 3
Środowisko ogólne **- próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Zawartość ksylenu (dwumetylobenzenu, dimetylobenzenu, metylotoluenu, ksylolu) - mieszanina izomerów [95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 1330-20-7] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1501, Issue 3
	Zawartość toluenu (metylobenzenu, fenylometanu) [108-88-3] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1501, Issue 3
	Zawartość benzenu [71-43-2] Zakres: (0,002 – 10) mg w próbce	PN-EN 14662-1:2024-06
	Zawartość izopropylobenzenu (kumenu, 2-fenylopropanu) [98-82-8] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1501, Issue 3
	Zawartość trimetylobenzenu (trójmetylobenzenu) - mieszanina izomerów [526-73-8; 95-63-6; 108-67-8; 25551-13-7] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1501, Issue 3
	Zawartość styrenu (winylobenzenu, fenyloetylenu) [100-42-5] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1501, Issue 3
	Zawartość etylobenzenu (fenyloetanu) [100-41-4] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 1501, Issue 3
	Zawartość akrylonitrylu (nitrylu kwasu akrylowego, cyjanku winylu) [107-13-1] Zakres: (0,002 – 10) mg w próbce	PN-Z-04113-12:2005 NIOSH Method 1604, Issue 2
	Zawartość 2-aminoetanolu (2-hydroksyetyloaminy, etanoloaminy) [141-43-5] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 2007, Issue 2

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	Zawartość metanolu (alkoholu metylowego) [67-56-1] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04476:2016-10 NIOSH Method 2000, Issue 3
	Zawartość butan-2-onu (MEK, metyloetyloketonu butanonu, ketonu etylowo-metylowego, butanonu-2, metyloacetonu) [78-93-3] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	PN-Z-04449:2014 NIOSH Method 2500, Issue 2
	Zawartość acetaldehydu (aldehydu octowego, etanalu) [75-07-0] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 2538, Issue 1
	Zawartość formaldehydu [50-00-0] Zakres: (0,0013 – 0,055) mg w próbce	NIOSH Method 2541, Issue 2
	Zawartość fenolu (hydroksybenzenu, kwasu karbolowego) [108-95-2] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 2546, Issue 1
	Zawartość epoksyetanu (tlenku etylenu) [75-21-8] Zakres: (0,004 – 0,2) mg w próbce	PN-Z-04300:2002
	Zawartość akrylaldehydu (2-propenalu, akroleiny) [107-02-8] Zakres: (0,00005 – 0,02) mg w próbce	OSHA Method 2501, Issue 2
	Zawartość nafty [8008-20-6] Zakres: (0,03 – 10) mg w próbce	NIOSH Method, Issue 2
Środowisko ogólne **- próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Zawartość glikolu etylenowego (etano-1,2-diolu; 1,2-etanodiolu; 1,2-dihydroksyetanu) [107-21-1] Zakres: (0,02 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 5523, Issue 1
	Zawartość 2-(2-butoksyetoksy)etanolu (eteru monobutylowego glikolu dietylenowego) [112-34-5] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	OSHA PV2095
	Zawartość (2-Metoksymetyloetoksy)propanolu – mieszanina izomerów [34590-94-8] Zakres: (0,05 – 10) mg w próbce	OSHA Method 101
	Zawartość octanu metylu (ester metylowy kwasu octowego) [79-20-9] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH 1458, Issue 2
	Zawartość naftalenu (naftalina) [91-20-3] Zakres: (0,02– 10) mg w próbce	OSHA Method 35
	Zawartość octanu 2-metoksy-1-metyloetylu (octan 1-metoksypropan-2-ylu, octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego, 1-metoksy-2-acetoksypropan) [108-65-6] Zakres: (0,005 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 2554, Issue 1
	Zawartość alkoholu furfurylowego (2-furylometanol, 2-furylokarbinol, alkohol furylowy, alkohol furfurylowy, 2-furanokarbinol, 2-furanometanol i 2-hydroksymetylofuran) [98-00-0] Zakres: (0,1 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 2505, Issue 2
	zawartość 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu (alkohol diacetonowy) [123-42-2]	NIOSH Method 1405, Issue 1

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	Zakres: (0,02 – 10) mg w próbce	
	Zawartość 2-etyloheksan-1-olu (alkoholu 2-etyloheksylowego, oktanolu, 2-etylo-1-heksanolu) [104-76-7] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	PN-Z-04398:2020-12
	Zawartość octanu 2-metoksypropylu [70657-70-4] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	OSHA Method 99
	Zawartość eteru dietylowego (dwuetylowego eteru) [60-29-7] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1610, Issue 3
	Zawartość tetrahydrofuranu (czterowodorofuranu, 1,4-epoksybutanu, tlenku czterometylenu) [109-99-9] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1609, Issue 2
	Zawartość trichloroetenu (trójchloroetylenu, trichloroetylenu) [79-01-6] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	OSHA Method 1001
	Zawartość butan-2-onu (2-butanonu, MEK) [78-93-3] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 2500, Issue 2
	Zawartość octanu 2-etoksyetylu [111-15-9] Zakres: (0,016 – 10) mg w próbce	NIOSH Method 2500, Issue 2
	Zawartość fenylometanolu (alkoholu benzylowego) [100-51-6] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	OSHA Method PV2009
Środowisko ogólne **- próbki powietrza atmosferycznego pobrane na rurki z sorbentem** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem**	Zawartość enfluranu [13838-16-9] Zakres: (0,08– 10) mg w próbce	OSHA Method 103
	Zawartość izofluranu [26675-46-7] Zakres: (0,02– 10) mg w próbce	
	Zawartość chloroformu (trichlorometanu) [67-66-3] Zakres: (0,01– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1003, Issue 3
	Zawartość sewofluranu [28523-86-6] Zakres: (0,02– 10) mg w próbce	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2008, nr 1(55), s. 49–55
	Zawartość izomerów acyklicznych nasyconych, z wyjątkiem heksanu 2,2-dimetylobutan [75-83-2] 2,3-dimetylobutan [79-29-8] 3-metylopentan [96-14-0] 2-metylopentan [107-83-5] Zakres: (0,02– 10) mg w próbce	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, zeszyt 17, str. 69-73
	Zawartość disiarczku węgla [75-15-0] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1600, Issue 2
	Zawartość chloroetenu (chlorku winylu) [75-01-4] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH Method 1007, Issue 2
	Stężenie / zawartość Metanotiolu [74-93-1] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	PN-Z-04207-04:1992 (W)
	Stężenie / zawartość Etanotiolu [75-08-1] Zakres: (0,00030– 10) mg w próbce	PN-Z-04207-04:1992 (W)

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie / zawartość propanotiolu [107-03-9] Zakres: (0,00035– 10) mg w próbce	PN-Z-04207-04:1992 (W)
	Stężenie / zawartość Nitrobenzen [98-95-3] Zakres: (0,005– 10) mg w próbce	NIOSH METHOD: 2005, Issue 3
Środowisko ogólne **- próbki powietrza atmosferycznego pobrane na filtry** **Pomieszczenia** **- próbki powietrza pobrane na filtry**	Stężenie / zawartość 2,2’-oksydietanolu [111-46-6] Zakres: (0,1– 15) mg w próbce	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 161–171
Gazy odlotowe **Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych**	Stężenie / zawartość indywidualnych gazowych związków organicznych Zakres: - n-pentan [109-66-0] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - n-heksan [110-54-3] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - n-heptan [142-82-5] (0,01 – 100000) mg/m^3	PN-EN 13649:2005* CEN/TS 13649:2014*

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe **Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych**	(0,005 – 100) mg w próbce - n-oktan [111-65-9] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - n-nonan [111-84-2] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - n-dekan [124-18-5] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - n-undekan [1120-21-4] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - n-dodekan [112-40-3] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - n-tridekanu [629-50-5] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - benzen [71-43-2] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - toluen (metylobenzen, fenylometan) [108-88-3] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - ksylen (dwumetylobenzen, dimetylobenzen, metylotoluen, ksylol) - mieszanina izomerów [95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 1330-20-7] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - m, p-ksylen (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - o-ksylen (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - trimetylobenzen (trójmetylobenzen) - mieszanina izomerów [526-73-8; 95-63-6; 108-67-8; 25551-13-7] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - 1,2,3-trimetylobenzen (1,2,3-trójmetylobenzen) (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - 1,2,4-trimetylobenzen (1,2,4-trójmetylobenzen) (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce	PN-EN 13649:2005* CEN/TS 13649:2014*

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe **Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych**	- 1,3,5-trimetylobenzen (1,3,5-trójmetylobenzen, mezytylen) (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - etylobenzen (fenyloetan) [100-41-4] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - styren (winylobenzen, fenyloetylen) [100-42-5] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - butan-2-on (MEK, metyloetyloketon, butanon, keton etylowo-metylowy, butanon-2, metyloaceton) [78-93-3] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - 1-propanol (propan-1-ol) [71-23-8] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - tetrachloroeten (czterochloroetylen, tetrachloroetylen, perchloroetylen, czterochloroeten) [127-18-4] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - octan 2-butoksyetylu [112-07-2] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,1 – 10) mg w próbce - aceton (dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon, propan-2-on) [67-64-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - 2-metylopropan-1-ol (alkohol izobutylowy, izobutanol, 2-metylopropanol-1) [78-83-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - octan etylu (ester etylowego kwasu octowego, ester octowy) [141-78-6] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - octan butylu (octan n-butylu, ester n-butylowy kwasu octowego, ester butylowy kwasu octowego) [123-86-4] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - 1-metoksypropan-2-ol [107-98-2] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - propan-2-ol (alkohol izopropylowy, izopropanol, 2-hydroksypropan) [67-63-0]	PN-EN 13649:2005* CEN/TS 13649:2014*

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe **Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych**	(0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - 2-aminoetanol (2-hydroksyetyloamina, etanoloamina) [141-43-5] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce – 1-butanol (alkohol n-butylowy, alkohol butylowy, n-butanol, 1-hydroksybutan) [71-36-3] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - 2-butoksyetanol (alkohol butoksyetylowy, eter monobutylowy glikol etylenowy, butyloglikol, cellosol butylowy) [111-76-2] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - fenol (hydroksybenzen, kwas karbolowy) [108-95-2] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - dichlorometan (chlorek metylenu, dwuchlorometan, dichlorek metylenu) [75-09-2] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - 4-metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon, keton izobutylowo-metylowy, hekson, 4-metylopentanon-2) [108-10-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - etanol (alkohol etylowy, spirytus) [64-17-5] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - tlenek etylenu (epoksyetan) [75-21-8] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,004 – 10) mg w próbce - metanol (alkohol metylowy, karbinol) [67-56-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - cykloheksan (sześciometylen) [110-82-7] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - cykloheksanon (ketoheksametylen)[108-94-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - kumen (izopropylobenzen, 2-fenylopropan) [98-82-8] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - akrylonitryl (nitryl kwasu akrylowego, cyjanek winylu)	PN-EN 13649:2005* CEN/TS 13649:2014*

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe **Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych**	[107-13-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - 2-butanol (butan-2-ol, alkohol sec butylowy, alkohol butylowy II-rz., butanol-2) [78-92-2] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - acetaldehyd (aldehyd octowy, etanal) [75-07-0] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - octan metylu (ester metylowy kwasu octowego) [79-20-9] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - propylobenzen [103-65-1] (0,01 – 100000) mg/m^3 (0,005 – 100) mg w próbce - 2-(2-butoksyetoksy) etanolu (eteru monobutylowego glikolu dietylenowego) [112-34-5] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy) -propan-1-olu mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy) - propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy) - propan-1-ol) [34590-94-8] (0,25 – 10000) mg/m^3 (0,05 – 10) mg w próbce - naftalen (naftalina) [91-20-3] (0,10 – 10000) mg/m^3 (0,02 – 10) mg w próbce - octanu 2-metoksy-1-metyloetylu (octan 1-metoksypropan-2-ylu, octan 1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego, 1-metoksy-2-acetoksypropan) [108-65-6] (0,01 – 1000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - alkohol furfurylowy (2-furylometanol, 2-furylokarbinol, alkohol furylowy, alkohol furfurylowy, 2-furanokarbinol, 2-furanometanol i 2-hydroksymetylofuran) [98-00-0] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,1 – 10) mg w próbce - 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol diacetonowy) [123-42-2] (0,10 – 10000) mg/m^3 (0,02 – 10) mg w próbce - 2-etyloheksan-1-ol (alkohol 2-etyloheksylowy, oktanol, 2-etylo-1-heksanol) [104-76-7] (0,01 – 10000) mg/m^3	PN-EN 13649:2005* CEN/TS 13649:2014*

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
	(0,005 – 10) mg w próbce - octan 2-metoksypropylu [70657-70-4] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - eter dietylowy (dwuetylowy eter) [60-29-7] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - tetrahydrofuran (czterowodorofuran, 1,4-epoksybutan, tlenek czterometylenu) [109-99-9] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce -trichloroeten (trójchloroetylen, trichloroetylen) [79-01-6] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce - octan 2-etoksyetylu [111-15-9] (0,080 – 10000) mg/m^3 (0,016– 10) mg w próbce - fenylometanol (alkohol benzylowy) [100-51-6] (0,080 – 10000) mg/m^3 (0,016– 10) mg w próbce - 2,2’-oksydietanol [111-46-6] (1 – 10000) mg/m^3 (0,1– 10) mg w próbce - glikol etylenowy [107-21-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,02 – 10) mg w próbce - disiarczek węgla [75-15-0] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005 – 10) mg w próbce - Metanotiol [74-93-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce - Etanotiol [75-08-1] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce - Propanotiol [107-03-9] (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce - Nitrobenzen [98-95-3] Zakres: (0,01 – 10000) mg/m^3 (0,005– 10) mg w próbce	
	Stężenie/ zawartość sumy węglowodorów aromatycznych (z obliczeń)	
	Stężenie/ zawartość sumy węglowodorów alifatycznych (z obliczeń)	

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	**Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda GC-FID**

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe **Środowisko ogólne** **- próbki gazów odlotowych**	Zawartość indywidualnych gazowych związków organicznych Zakres: - etan (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) - propan (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) - 2-metylopropan (izobutan) (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) - butan (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) -acetylen (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) - etylen (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) - propylen (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) - neopentan (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) - izopentan (0,0004 – 0,1) % (mol/mol) - n-pentan (0,0004 – 0,1) % (mol/mol)	EPA – Method 18:2019
	Zawartość metanu Zakres: (0,0012 – 0,3) % (mol/mol)	PN-EN ISO 25139:2011

Zatwierdzam do stosowania dnia 10.09.2026 r.

Elektronicznie podpisany przez
Karolina Jadwiga Tokarz-Nawalany
Data: 2026.10.22 14:46:55 +02'00'

……

podpis

* Metoda dostosowana do obszaru regulowanego prawnie Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Legenda:

1) Dodawanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i metody (techniki badawczej)
2) Zmianę zakresu pomiarowego metody
3) Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w: normach/ innych dokumentach
4) Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium
5) Wdrażanie nowych metod znormalizowanych opisanych w normach/ innych dokumentach
6) Wdrażanie nowych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium