

Laboratorium Badań Środowiska Grupa „EKOPROJEKT” Spółka z o.o. w Bielsku - Białej	Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego – Metoda toronowa
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA EKOPROJEKT Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiska ul. Kazimierza Wielkiego 15 43-300 Bielsko-Biała		
Metoda Toronowa – wydanie 1 z dnia 02.10.2023 r. do aktualnego zakresu akredytacji AB 409		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności /badane cechy / metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe Środowisko ogólne – próbki gazów odlotowych	Stężenie/ zawartość dwutlenku siarki Zakres: (1 – 5000) mg/m ³ (0,072 – 150) mg w próbce Metoda toronowa	PN-EN 14791:2017-04, pkt.9, pkt.10
	Stężenie/ zawartość kwasu siarkowego i SO ₃ Zakres: (2 – 500) mg/m ³ (1 – 50) mg w próbce Metoda toronowa	Procedura Badawcza PB-56 wydanie 5 z dnia 18.10.2018 r.
Zatwierdzam do stosowania dnia 02.10.2023 r. <i>Kierownik Laboratorium</i> <i>Krzysztof Nawalany</i> <i>pieczętka i podpis</i>		